

Näyte	Asia	Kirjaus-pvm	Toimenpiteet - Eurofins täyttää	Pvm. Tarkistettu/ Korjattu	Huomautukset Porvoo
487	näyte 487 (AFK pienluokat) 30.1. VATI on, todistus puuttuu	19.4.2024	lähetytty 15.5.	15.5.2024	
922	näyte 922 Vahijärvi raakavesi - fluoridin tulos <2	22.4.2024	korjaava VATI siirto - fluoridit	31.5.2024	
923	923 Vahijärven lähtevä puuttuu VATIsta	19.4.2024	Siirto pyydetty 15.5.		
923	Vahijärvi- sulfaatti väärä yksikkö	22.4.2024	korjaava VATI siirto - sulfaattit		
923	Vahijärvi- sulfaatti väärä yksikköEi ole tullut uutta siirtoa vatiin	10.6.2024			
999	Sannäsin uima-allas todistuksen jakelu toimijalle	17.5.2024	on toimitettu	ok	
1265	näyte 12565 ja 12566 Teutjärven vok, Kakkulanmäki: tutkimustodistus puuttuu, Vatista puuttuu kromi, kadmium, mangaani rauta, nikkeli, bentso(a)pyreeni ja pah, lämpötila	19.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1265	Teutjärvi Vatista puuttuu edelleen kromi, kadmium, mangaani rauta, bentso(a)pyreeni ja pah ja bpa - tutkimustodistus puuttuu	11.6.2024			
1266	näyte 12565 ja 12566 Teutjärven vok, Kakkulanmäki: tutkimustodistus puuttuu, Vatista puuttuu nikkeli, lämpötila	19.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1266	Vati ok, tutkimustodistus puuttuu edelleen	11.6.2024			
1294	Plagen-avanto-puuttuu vatista	22.4.2024	Kohdetunnus lisätty. Uusi siirto suoritetaan	31.5.2024	
1343	näyte 1343 Särkijärven koulu: kokonaiskovuu ja PFAS puuttuu VATIsta Ei tulossiiroja tälle kohteelle maaliskuun jälkeen	17.4.2024	Ei ole korjattu 16.7.2024		
1343	näyte 1343 Särkijärven koulu: kokonaiskovuu ja PFAS puuttuu VATIsta	19.4.2024	korjaava VATI siirto - kovuu ja PFAS		
1343	näyte 1343 Särkijärven koulu: kokonaiskovuu ja PFAS puuttuu VATIsta Ei tulossiiroja tälle kohteelle maaliskuun jälkeen	16.7.2024			
1344	Särkijärven koulu: nikkeli puuttuu vatista	17.6.2024	Ei ole korjattu 16.7.2024		
1344	Särkijärven koulu: nikkeli puuttuu vatista edelleen	16.7.2024			
1349	Juornaankylä raaka, PFAS, fluoridin tulos <2	22.4.2024	korjaava VATI siirto - fluoridit		
1349	Juornaankylä raaka, PFAS, fluoridin tulos <2 Ei tulossiiroja maaliskuun jälkeen	10.6.2024			
1352	Multämäki-Vakkolan jvp - vatista puuttuu kalium ja kokonaiskovuu	22.4.2024	korjaava VATI siirto - kovuu ja		
1352	Multämäki-Vakkolan jvp - vatista puuttuu kalium ja kokonaiskovuu ei ole tullut korjaavaa siirtoa	10.6.2024			
1353	Multämäki-Vakkolan jvp - vatista puuttuu nikkeli	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	31.5.2024	
1354	Monninkylä juoksuettu näyte puuttuu vatista	10.6.2024			
1355	Monninkylä tutkimustodistus puuttuu	22.4.2024	Todistus lähetetty uudestaan 15.5.	31.5.2024	
1355	Monninkylä-nikkeli puuttuu - juoksuettu näyte puuttuu vatista	22.4.2024			
1355	Monninkylä-nikkeli puuttuu ei uutta siirtoa vatiin	10.6.2024			
1394	Uimahallinäytteet 29.2.2024 -aaltoallas vatissa, hyppyallas ja poreallas puuttuvat edelleen	16.7.2024			
1468	Porvoon vesi -Haikobrinkens daghem-puuttuu vatista	22.4.2024	Siirto pyydetty 15.5.		
1468	Porvoon vesi- haikobrinkens daghem - puuttuu vatista edelleen	10.6.2024			
1469	Porvoon vesi -Kaarenkylän päiväkotipuuttuu vatista	22.4.2024	Siirto pyydetty 15.5.		
1469	Porvoon vesi -Haikobrinkens daghem-puuttuu vatista -ei uutta siirtoa	10.6.2024			
1470	Porvoon vesi -Kaarenkylän päiväkotipuuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1470	Porvoon vesi -Kaarenkylän päiväkotipuuttuu edelleen vatista	10.6.2024			
1513	Pukkilan hyvinvointikeskus Onni - puuttuu kokonaan vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1513	Pukkilan hyvinvointikeskus Onni - puuttuu edelleen kokonaan vatista	10.6.2024			
1514	Pukkilan hyvinvointikeskus Onni - nikkeli puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1514	Pukkilan hyvinvointikeskus Onni - nikkeli puuttuu vatista - ei uutta	10.6.2024			
1515	Pornainen Aurinkomäen p- Vatista puuttuu valtaosa JS-tutkimuksista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1515	Pornainen Aurinkomäen p- Vatista puuttuu bPA, fluoriidi <2	10.6.2024			
1516	Pornainen Aurinkomäen p- Vatista puuttuu nikkeli	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	10.6.2024	
1583	Liljendalin sale -nikkeli puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	10.6.2024	
1584	Koskenkylä vanha kaivo-JS-muuttujat puuttuvat vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1584	Koskenkylä vanha kaivo- uusi siirto mutta fluoriidi <2	10.5.2024			
1585	Koskenkylä uusi kaivo-JS-muuttujat puuttuvat vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1585	Koskenkylä uusi kaivo-uusi siirto mutta fluoriidi <2	10.5.2024			
1586	Koskenkylä lähtevä- sulfaatti väärä yksikkö	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1598	Saksalan lähtevä, rauta yli enimmäisarvon. Väärä yksikkö raja-arvossa näyte 1598. Rauta epätavallisen korkea.	19.4.2024	korjattu	ok	
1670	Sipoo palvelutalo Linda -puuttuu vatista	22.4.2024		23.4.2024	
1676	Elintavikepintapuhtausnäytteet eivät ole vatissa	29.5.2024			
1737	Isnäsin raakavesi-puuttuu vatista	22.4.2024	siirretty		
1737	Isnäsin raakavesi-fluoridilla väärä määritysraja	23.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1737	Isnäsin raakavesi-fluoridilla väärä määritysraja - ei ole tullut uutta	31.5.2024			
1737	Isnäsin raakavesi-fluoridilla väärä määritysraja - ei ole tullut uutta	11.6.2024			
1737	Isnäsin raakavesi-fluoridilla väärä määritysraja - ei ole tullut uutta	17.6.2024			
1737	Isnäsin raakavesi-fluoridilla väärä määritysraja - ei ole tullut uutta	16.7.2024			
1738	Isnäsin lähtevä-puuttuu vatista	22.4.2024	siirretty		
1738	Isnäsin lähtevä-sulfaatti tod näk väärässä yksikössä	23.4.2024	uusi siirto 24.5.		
1738	Isnäsin lähtevä-ei ole tullut uutta siirtoa	11.6.2024			
1738	Isnäsin lähtevä-ei ole tullut uutta siirtoa	17.6.2024			
1738	Isnäsin lähtevä-ei ole tullut uutta siirtoa	16.7.2024			
1739	Loviisan keskuskeittiö-puuttuu vatista	22.4.2024	siirretty		
1739	Loviisan keskuskeittiö-fluorilla väärä määritysraja	22.4.2024	Siirto pyydetty 15.5.		
1739	Loviisan keskuskeittiö-fluorilla väärä määritysraja- ei ole tullut	11.6.2024			
1740	Loviisan keskuskeittiö-puuttuu vatista	22.4.2024		23.4.2024	
1741	eslplanad allas -puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1742	Tavastby-lyckebo daghem-puuttuu vatista	22.4.2024		23.4.2024	
1743	Valkon koulu -puuttuu vatista	22.4.2024		23.4.2024	
1779	Solbacka - tutkimustodistus puuttuu, on vatissa	11.6.2024			
1780	Villa brasas kaivo -puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1823	Hagabölen vo -fluoriidi väärä määritysraja	23.4.2024	korjattu todistus 24.5.	11.6.2024	
1823	Hagabölen vo -raakavesi puuttuu vatista	22.4.2024	siirretty		
1823	Hagabölen vo -fluoriidi väärä määritysraja vatissa	11.6.2024			
1823	Hagabölen vo -fluoriidi väärä määritysraja vatissa-ei ole tullut uutta	17.6.2024			
1823	Hagabölen vo -fluoriidi väärä määritysraja vatissa-ei ole tullut uutta	16.7.2024			
1824	Pernaia hoivakoti Onnela-puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1825	Pernaia hoivakoti Onnela-puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1826	Hagabölen vo -lähtevä puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
1831	Matalia pH-arvoja: haikon allasvedet, avausnäyte 1831	19.4.2024	Kontrollinäytteissä ei havaittu poikkeamia	11.6.2024	
1902	Mvrsklän pitopalvelu -kaivo -puuttuu vatista	22.4.2024	uusi siirto 24.5.	11.6.2024	
2002	näyte 2002 näytteenottaja Iiolan koulu	19.4.2024	näyttää olevan lähteen mukainen?	11.6.2024	
2139	näytteenottaja ja kloaika puuttuu, jakelusta puuttuu asiakkaan tiedot	26.4.2024	toimitettu korjattu todistus	29.4.2024	
2179	näytteenottaja ja kloaika puuttuu	26.4.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024	
2181	Näytteenoton klo aika puuttuu - puuttuu Vatista	26.4.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024	
2182	Tesioen pk -puuttuu vatista	22.4.2024		11.6.2024	

2183	Fortum ruokala -väärä jakelu	23.4.2024	korjattu todistus	3.5.2024
2183	Fortum ruokala-kovuus puuttuu vatista	17.6.2024		16.7.2024
2220	Näytteenottaja puuttuu, asiakkaan s.posti väärin, läheteessä oikein, KMNO4 onko yksikkö oikein? Yli 10 x arvo?Väri luku ok, 4,3	26.4.2024	KMn0-luku tarkastettu, jakelu korjattu ja todistus lähetetty	11.6.2024
2220	Lomamökki Nykulla - väärä jakelu, poikkeava KMn04-luku	15.5.2024	KMn0-luku tarkastettu, jakelu korjattu ja todistus lähetetty	11.6.2024
2220	Lomamökki Nykulla - puuttuu vatista	11.6.2024		17.6.2024
2222	näytteenottaja ja kloaika puuttuu	26.4.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	31.5.2024
2268	Porlamin lähete-vatissa: "Aineisto sisältää virheellistä dataa. Laboratorion tulee korjata aineisto. Ota yhteyttä laboratorion aineiston korjaamiseksi ja ilmoita tarvittaessa kohdetoimintatunnus."	17.6.2024		
2269	Porlamin raakavesi -11.4.2024 puuttuu todistus ja vatista	17.6.2024	toimitettu 27.6.	16.7.2024
2269	Porlamin raakavesi -11.4.2024 puuttuu vatista	16.7.2024		
2270	Pukaron lähete-vatissa: "Aineisto sisältää virheellistä dataa. Laboratorion tulee korjata aineisto. Ota yhteyttä laboratorion aineiston korjaamiseksi ja ilmoita tarvittaessa kohdetoimintatunnus."	17.6.2024		16.7.2024
2270	Pukaron lähete-vatissa: "Aineisto sisältää virheellistä dataa. Laboratorion tulee korjata aineisto. Ota yhteyttä laboratorion aineiston korjaamiseksi ja ilmoita tarvittaessa kohdetoimintatunnus." kohdetoimintakentässä lukee "Pukaron vedenpittamo"	16.7.2024		
2271	Pukaron raakavesi -11.4.2024 puuttuu todistus ja vatista	17.6.2024	toimitettu 27.6.	16.7.2024
2271	Pukaron raakavesi -11.4.2024 puuttuu vatista	16.7.2024		
2272	Mainiokoti Lukkari-juoksutettu näyte -puuttuu tutkimustodistus ja	17.6.2024	todistus toimitettu 28.6.	16.7.2024
2272	Mainiokoti Lukkari-juoksutettu näyte -puuttuu vatista	16.7.2024		
2273	vain pieni osa analyseista todistuksessa	3.5.2024	juoksuttamaton erillisenä	11.6.2024
2277	näyt.ottaja puuttuu, valvontasuunnitelmaan sisältyvä, näytteenottosuunnitelman mukainen	3.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
2398	Lausunto puuttuu, tutkimustuloksia puuttuu	7.5.2024	toimitettu	29.5.2024
2399	näytteenottaja puuttuu	6.6.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
2558	Forsbv vok - onko hapettuvuus-KMn04-luku muunnos tehty?	29.5.2024	tulos tarkastettu eikä virhettä	11.6.2024
2558	Forsbv vok - puuttuu vatista	11.6.2024		
2563	Forsby gård kaivo - rauta ja mangaani väärässä yksikössä, KMn04-luku, väri ja sameus ylittävät laatusuosituksen, mutta puuttuvat lausunnosta	17.5.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	11.6.2024
2563	Tutkimustodistus osittain englanniksi	31.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
2563	Forsby gård - puuttuu vatista	11.6.2024		
2630	Asiakkaan s.posti puuttuu, vesiosuuskunta kirjoitettu väärin	7.5.2024	toimitettu korjattu todistus	11.6.2024
2630	Sarvlax vok - bentso(a)pyreeni tulos <1000 µg/l vatissa, tutkimustodistuksella < 1 ng/l	11.6.2024		16.7.2024
2630	Sarvlax vok - bentso(a)pyreeni tulos <1000 µg/l vatissa (siirto 20.6.2024),	16.7.2024		
2632	Gulf Bar kaivo 18.4.-puuttuu vatista, todistuksella kolmella rivillä fluoridituloksia	16.7.2024		
2633	näytteenottosuunnitelman mukainen, näyt.ott. puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
2719	näytteenottaja puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	31.5.2024
2776	PK-talli -lausunnossa ei mainintaa mangaaniylityksestä	11.6.2024		
2861	näytteenottaja puuttuu, näytteenottosuunnitelman mukainen	27.5.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	31.5.2024
2960	näytteenottaja puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	31.5.2024
3031	näytteenottopaikka puuttuu, jakelu väärin	28.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3032	näytteenottopaikka puuttuu, jakelu väärin	28.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3033	Jakelu väärin, näytteenottopaikka puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3033	Huhtisten koulu - lausunnossa väite, että väri ylitti 1352/2015 laatuavoitteen, mutta asetuksessa ei ole värille muuta tavoitetta kuin "ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä"	11.6.2024		
3034	näytteenottopaikka puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3035	näytteenottaja puuttuu	27.5.2024	toimitettu korjattu todistus 29.5.	11.6.2021
3035	näyt.ottaja puuttuu edelleen	30.5.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3125	näytteenottaja puuttuu	10.6.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3260	Bredviikintie 245,Näytteenottaja puuttuu	14.6.2024	korjattu 27.6.	
3261	Lausunto -ei sameusylitys katso näyte 3262, näytteenottaja puuttuu+näytteenottopäivä	12.6.2024	korjattu 27.6.	
3262	Rönnäs - lausunnossa merkintä sameusylityksestä, mutta 1352/2025 sameudelle määritelty: "Ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä". Lisäviittaukset: "Sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU (nefeliometrinen sameusyksikkö)." ja "Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi asettaa muuttujalle vedenjakelualuekohtaisen enimmäisarvon toimitetun veden mittauksien vaihtelun ja pitkän aikavälin kehityssuunnan perusteella." - Rönnäsiini ei ole asetettu vedenjakelualuekohtaista enimmäisarvoa, joten laatuavoite ei ylity. Näytteenottaja puuttuu.	12.6.2024	korjattu 27.6.	
3263	näytteenottaja puuttuu	10.6.2024	toimitettu korjattu 10.6.	11.6.2024
3574	Tutkimustodistuksella kaksi kertaa lämpötila, joista toisen oletan liittyvän pH-mittaukseen. CLI on varmaan näytteenottohetkellä mitattu. Tämä on esiintynyt muutamalla tutkimustodistuksella. pH:n mittauksen lämpötilaa ei mielestäni tarvitse esittää todistuksella lainkaan tai ainakin se pitää sitoa pH-tutkimukseen selkeämmin	12.6.2024	korjattu 27.6.	
3788	väärä jakelu	7.6.2024	toimitettu korjattu 7.6.	11.6.2024
3792	Plagen puuttuu Vatista	17.6.2024	siirto 27.6.	17.7.2024
4017	Tavastby , Lappråskvägen, todistuksessa kielet ruotsi ja englanti	1.7.2024		
4056	Ravintolan nimi väärin, pitää olla läheteen mukaisesti Via Armonia	20.6.2024	korjattu 27.6.	
4331	Hietasen ranta, todistus virheellinen. Sinilevää runsaasti,	3.7.2024		
1735	Isnäs-Bar Tirku -puuttuu vatista	22.4.2024		23.4.2024
1736				
1931	uimahalli, matalat pH-arvot	3.5.2024		
1932				
1933				
2277	Mainiokoti Lukkari-juoksutettu näyte -puuttuu tutkimustodistus ja	11.6.2024		
2566	Gammelbynejdens vok 17.4. - puuttuu vatista	16.7.2024		
2567				
	Kooste pakettien hinnoista (YMPTE ja Porvoon vesi)	19.4.2024	Toimitettu	19.4.2024
	Porvoon uimahalli 29.2. todistus puuttuu	19.4.2024		19.4.2024
	Yrjåksentie 22.2. todistus puuttuu	19.4.2024		2.5.2024
	Gammelbynejdens vok 17.4. - puuttuu todistus ja vatista	17.6.2024	toimitettu 28.6.	16.7.2024
	Gulf Bar kaivo 18.4.-puuttuu todistus ja vatista	17.6.2024	todistus toimitettu 4.7.	16.7.2024
	Viittaus talousvesiasetukseen lausunnoissa, väärä muutos vuosi	19.4.2024	viittaus korjattu	ok
	PFAS vatisiirrot	19.4.2024		
	Jakelu puutteellinen: Porvoon vesi + YMPTE	19.4.2024		
	Fenoliset yhdisteet, mitä menetelmä sisältää	19.4.2024		
	Laskutus: laskulle näytekohdainen yhteissumma, näytteen lisätietoja (näytteenotto-pvm, KohdeNimi, PaikkaNimi), Excel-muoto?	19.4.2024		
	Pullo-ohjeen päivitys	19.4.2024		

